

论证专家签到表

项目名称：全自动血气分析仪试剂采购

论证日期：2025 年 9 月 19 日

专家姓名	工作单位	职称	联系电话
魏宏生	元化医药咨询有限公司	工程师	
郝磊	黑龙江农业科学院	高工	
马叶	黑龙江中医药大学附属第一医院	医师	



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 魏晋生	
	职称: 工程师	
	工作单位: 元化医疗咨询有限公司	
项目信息	项目名称: 全自动血气分析仪试剂采购	
	供应商名称: 黑龙江省永哲医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	经: 论证该医院已有^{全自动}血气分析仪型号为 GEM Premier 350; GEM premier 350 曾在该医院使用, 黑龙江省永哲医疗器械有限公司为唯一授权经销商。本项目符合《政府采购货物》第21条第一款“只能从唯一供应商处采购的情况”规定。 本项目适用单一来源采购方式。	
专业人员签字	魏晋生	日期 2025年 9月 19 日



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 董成	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 黑龙江省疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 全自动血气分析仪试剂采购	
	供应商名称: 黑龙江省永哲医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	论证意见: 全自动血气分析仪为临床常用设备, 品牌为 Gm Premier 500. Gm Premier 1000 为配套试剂, 为专用试剂, 且该产品为独家代理, 具有自主知识产权, 技术先进, 性能稳定, 符合临床需求。经论证, 该产品为临床必需, 且该产品为独家代理, 具有自主知识产权, 技术先进, 性能稳定, 符合临床需求。经论证, 该产品为临床必需, 且该产品为独家代理, 具有自主知识产权, 技术先进, 性能稳定, 符合临床需求。	
专业人员签字	董成	日期 2025 年 9 月 19 日



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郝磊	
	职称: 高工	
	工作单位: 黑龙江省农机研究院	
项目信息	项目名称: 全自动血气分析仪试剂采购	
	供应商名称: 黑龙江省永哲医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	经论证: 该医院现有全自动血气分析仪 设备型号: GEM Premier 3500. GEM premier 5000. 该仪器需使用专用配套试剂 剂. 其他厂家的试剂无法保证结果 的准确性. 黑龙江省永哲医疗器械 有限公司为唯一授权经销商. 本项目 符合《政府采购法》第三十一条 第一款“只能从唯一供应商处采 购的情形”规定. 本项目采用单一来 源方式开展采购活动	
专业人员签字	郝磊	日期 2015 年 9 月 19 日



单一来源论证结论

一、项目简介

项目名称：全自动血气分析仪试剂采购

二、单一来源论证过程简介

此项目论证时间定于 2025 年 9 月 19 日，单一来源论证专家为魏雪生、郝磊、姜成。

三、单一来源申请理由：

经论证，本项目采购的血气试剂包（3500/75 人份和 5000/150/人份）均为已有设备的专用品，设备为美国仪器实验室公司生产的 GEM Premier 3500 和 GEM Premier 5000，由于设备生产厂家知识产权和技术保护措施，其他厂家的产品无法与用户现有设备配套使用，产品具有唯一性。

四、专家论证意见：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款，“只能从唯一供应商处采购”的规定，本项目适用单一来源采购方式采购。

五、论证专家

序 号	姓 名	单 位	职 称
1	魏雪生	元化医疗咨询有限公司	工程师
2	郝磊	黑龙江省农机研究院	高级工程师
3	姜成	黑龙江省中医药大学附属第一医院	采购师

论证专家签字：

郝磊 姜成 魏雪生

2025 年 9 月 19 日

